



编号: 0020-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东文远石油装备有限责任公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	游标卡尺	15206	(0-50) mm	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	量块/4 等	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√
生产技术部	高度游标卡尺	2825949	(0-200)mm	$U=0.01\text{mm}$, $k=2$	量块/4 等	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√
生产技术部	外径千分尺	6028	(0-25) mm	$U=1.3\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	量块/4 等	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√
生产技术部	内径百分表	1103050 1	(0-10) mm	$U=3\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表检定仪 $U=0.3\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√
生产技术部	万能角度尺	1030401	(0-320)°	$U=1'$, $k=2$	角度块/1 级	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√
生产技术部	内径量表	6356	0-5mm	$U=3\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表检定仪 $U=0.3\text{ }\mu\text{m}$, $k=2$	深圳广测检测技术有限公司	2021. 1. 14	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 6 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 2 月 25 日

审核员签字:

部门代表签字: