



编号: 0025-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东龙兴石油设备有限公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	数字万用表	LX115C0S	F115C	DCV $U_{ref}=5.5 \times 10^{-5}$, $k=2$	多功能校准仪 DCV: $\pm(0.02\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满度})$ DCI: $\pm(0.03\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满度})$; ACV: $\pm(0.04\% \text{ 读数} + 0.02\% \text{ 满度})$ ACI: $\pm(0.05\% \text{ 读数} + 0.03\% \text{ 满度})$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021. 2. 24	√
生产部	耐电压测试仪	1407016	ET26070A	$U_{ref}=0.6\%$, $k=2$	耐电压测试仪校验仪/ $U=(0.002-0.04) \text{ kV}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021. 2. 24	√
生产部	扭矩扳子	LX300N0N	(0-300) Nm	$U_{ref}=1.5\%$, $k=2$	扭矩扳子检定仪/1.0 级	山东凯利布森测控技术有限公司	2021. 2. 24	√
生产部	钢卷尺	LX3MJC	3m	$U=(0.03+3 \times 10^{-6} L) \text{ mm}$, $k=2$	标准钢卷尺/ $\pm(0.03+0.03L) \text{ mm}$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021. 2. 24	√
生产部	接地电阻测试仪	111102	ET2678	$MPE:\pm 5 \text{ m}\Omega$	接地电阻表检定装置/ $U=(0.0004-0.10) \Omega$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2021. 2. 24	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 5 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 3 月 2 日

审核员签字:

部门代表签字:

