



编号: 0097-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	天津市正方科技发展有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	防爆电接点压力表	ZL2020908552	(0-1)MPa	$U=0.005\text{MPa}, k=2$	活塞式压力计: 0.02 级	中国石油大港油田检测监督评价中心	2020.11.03	√
技术部	温度变送器	123708	SBWZ-2408	$U=0.1^{\circ}\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 二等	天津中恒检测技术有限公司	2020.10.10	√
技术部	数显卡尺	HDD118786	(0-300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$	量块: 4 等	天津市滨海新区计量检测技术中心	2020.03.21	√
技术部	一体式温度变送器	20200925003	SBWZ-2408(0-100) $^{\circ}\text{C}$	$U=0.28^{\circ}\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 二等	中国石油大港油田检测监督评价中心	2020.11.09	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准/检定。抽查 4 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 02 月 24 日下午—2021 年 02 月 25 日下午								
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 赵翠翠								