



编 号: 0097-2021

不符合项报告

企业名称: 天津市正方科技发展有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术部	陪同人员: 赵翠翠
不符合事实描述: 查技术部使用的出厂编号为 2020092511 的智能压力变送器, 其校准证书编号 QYX42-2020-11-09 号, 校准日期 2020 年 11 月 10 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u>, 陪同人员(签名) <u>赵翠翠</u> 企业部门代表(签名) <u>赵翠翠</u> 日期: 2021 年 02 月 25 日	
纠正措施: 1. 及时将该设备粘贴计量确认状态标识。 2. 举一反三发现类似问题, 一并整改 企业部门代表签名: <u>赵翠翠</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>生产制造的纠正措施已打开。</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2021 年 02 月 25 日	

可另附页