



编 号: 0097-2021

不符合项报告

企业名称: 天津市正方科技发展有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 综合部	陪同人员: 韩霞
不符合事实描述: 查综合部提供的型号规格为(0-0.6)MPa 的“耐震压力表”校准证书, 校准日期为 2019 年 8 月 9 日。查《测量设备台账》, 该设备周期间隔为 12 月, 该设备为到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙永波</u> 陪同人员(签名) <u>韩霞</u> 企业部门代表(签名) <u>韩霞</u> 日期: 2021 年 02 月 25 日	
纠正措施: 1. 及时将该压力表送检。 2. 查找公司其他设备 是否有类似问题 并整改 企业部门代表签名: <u>韩霞</u> 审核员签名: <u>孙永波</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业判定为纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>孙永波</u> 日期: 2021 年 02 月 25 日	

可另附页