



编 号: 0108-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	潍坊胜利石化机械有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/ 最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电动扭矩扳手	SL-ZJ-149	T4000A	$\pm 2\%$ $U_{rel}=2.6\%, k=2$	标准测力仪: 0.1 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.2.28	√
质检部	内径千分尺	070675409	(50-600) mm	$\pm 50\mu m$ $U=2.6\mu m, k=2$	量块: 3 等	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.2.28	√
质检部	电磁流量计	SL-ZJ-173 (1901340)	LDB-50	$U_{rel}=1.2\%, k=2$	超声流量计: $U_{rel}=0.1\%, k=2$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.8.10	√
质检部	螺纹环规	SL-ZJ-107	M39×3-6g	$U=4.0\mu m, k=2$	螺纹综合测量机: $U=0.3\mu m, k=2$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.2.28	√
质检部	直视式电子吊秤	120880	OCS-XS-10	$\pm 5kg$ $U=1.5kg, k=2$	锁式铸铁砝码: M1 等级	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.2.28	√
质检部	洛氏硬度计	1109	HR-150A	$\pm 1.5HRC$ $U=1.0HRC, k=2$	洛氏硬度块: $U=0.4HRC, k=2$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.2.28	√
质检部	超声波测厚仪	SL-ZJ-172 (TT110)	(1-200)mm	$\pm 2.1mm$ $U=0.09mm, k=2$	超声波测厚仪标准块: $U=(4-8)\mu m, k=2$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.8.10	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 7 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 2 月 26 日下午—2021 年 2 月 27 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

[Signature]