



编 号: 0026-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市冠诚石油技术有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	交流耐压测试仪	1503960127	AN0602M	$\pm 2.5\%$ $U_{rel}=0.6\% k=2$	耐电压测试仪校验装置: MPE: $\pm 0.2\%$	山东中检高科检测技术有限公司	2020.6.25	√
质检部	游标卡尺	GC001	(0~200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm} k=2$	量块: 五等	山东中检高科检测技术有限公司	2020.6.25	√
质检部	绝缘电阻表	19056069	ZC25B-3	$\pm 10\%$ $U_{rel}=0.2\% k=2$	绝缘电阻表 检定装置: MPE: $\pm (0.1\%-5\%)$	山东中检高科检测技术有限公司	2020.6.25	√
质检部	接地导通电阻测量仪	1504961048	AN9613X	$\pm 5.0\%$ $U_{rel}=0.4\% k=2$	模拟交直流 标准电阻器: MPE: $\pm 0.1\%$	山东中检高科检测技术有限公司	2020.6.25	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 4 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 3 月 1 日上午至 2021 年 3 月 1 日下午								
审核员签字: 刘复荣								
部门代表签字: 杨								