



编号: 0115-2021

不符合项报告

企业名称: 泰州建源仪表有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 陆雁飞
不符合事实描述: 检查生产部现场在用的 FLUKE 的数字万用表 CAT III , 编号: 34553196WS, 未列入《测量设备台帐》管理, 且未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>陈永</u> 陪同人员(签名) <u>陆雁飞</u> 企业部门代表(签名) <u>陆南</u> 日期: 2021.3.4	
纠正措施: 将万用表列入台帐管理, 现场在用的测量设备举一反三有无遗漏, 并将未送检的检测设备一并送检。 企业部门代表签名: <u>陆南</u> 审核员签名: <u>陈永</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.3.4	