



编 号: 0028-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	燃气表示值误差检定	被测参数要求(含公差)	±1.5%		
被测参数要求识别依据文件		JJG 577-2012 《膜式燃气表》			
计量要求导出方法 JJG 577-2012 《膜式燃气表》检定规程规定, 不需要进行计量要求导出。					
计量校准 过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	检定证书编号	检定日期
	临界流文丘里喷嘴	MJ-01	±0.16%	201608014958	2019.8.25 有效期至 2024.8.24
计量验证记录 依据 JJG 577-2012 《膜式燃气表》检定规程规定: 标准检定装置的临界流文丘里喷嘴示值误差±0.16%, 满足产品膜式燃气表示值误差±1.5% 检定要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 李金秋 验证日期: 2021 年 3 月 3 日					
认证审核记录: 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求, 计量要求导出方法正确, 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备经过校准, 测量设备验证方法正确。 审核员签字: 魏晓明 企业代表签字: 魏晓明 审核日期: 2020 年 3 月 3 日					