



编号: 0028-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	成都秦川物联网科技股份有限公司					审核员	李俐	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	音速喷嘴式燃气表检验装置	180709	MJ2210-12	$U_{rel}=0.5\%$, $k=2$	活塞式气体流量标准装置 $U_{rel}=0.05\%$, $k=2$	浙江省计量科学研究院	有效期 2023.6.27	√
质管部	邵氏硬度计	71109550	LX-A	$U=2.0HA$ $k=2$	$U_{rel}=0.05\%$, $k=2$	中国测试技术研究院	2020.11.27	√
质管部	外径千分尺	ZG28	(0-25)mm	$\pm 0.004mm$	4 等		2021.1.05	√
质管部	数显高度卡尺	403060026	(0-300)mm	$\pm 0.04mm$	5 等	中国测试技术研究院	2020.10.28	√
质管部	带表卡尺	9204652208	(0-200)mm 0.02mm	$\pm 0.02mm$	5 等	中国测试技术研究院	2020.05.19	√
质管部	温湿度记录仪	HHW-943	TH20R-EX	$U=0.4^{\circ}C$ $k=2$	$U=0.15^{\circ}C$, $k=2$	中国测试技术研究院	2020.05.20	√
检验室	温度变送器	194803913027	902150/10	$U=0.2^{\circ}C$, $k=2$	$U=(0.03-0.06)^{\circ}C$, $k=2$	中国测试技术研究院	2020.09.21	√
膜式燃气表车间	压力表	0B0852413	(0-0.25)MPa	1.6 级	0.05 级	中国测试技术研究院	2020.09.03	√
质管部	声级计	090825268	A8850	$U=(0.4-1.0)$ dB $k=2$	1 级	中国测试技术研究院	2020.06.07	√

审核综合意见:

企业未建立最高标准器, 所有测量设备均送至中国测试技术研究院、浙江省计量科学研究院检定/校准, 抽查 9 份测量设备, 量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 3 月 2 日~ 3 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字: