



编号: 0123 -2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	沈阳航天新阳机电有限责任公司					审核员	武志云	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 准确度等级 /最大允许误差/ 测量不确定度	测量标准置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	涂层测厚仪	03354663	AR932	$U=8.0\mu\text{m}$ $k=2$	厚度片: (10~1000) μm , A 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√
质量部	钳形接地电阻测试仪	20750727	ETCR2000B +	$U_{rel}=0.6\%$ $k=2$	直流电阻箱: 0.01 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√
质量部	压力表	HC655720 49908	(0~0.6) MPa	$U_{rel}=0.46\%$, $k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√
质量部	声级计	C1604176 85	UT351	$U=0.6\text{dB}$ $k=2$	实验室标准传声器: $U_{rel}=(0.05\sim0.20)\text{dB}$ $k=2$; 多功能声标准器: I 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√
质量部	可燃气体探测器	S782483	SPD202/EX	$U_{rel}=2.1\%$ $k=2$	甲烷气体标准物质: $U_{rel}=1\%$ $k=3$	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√
质量部	耐电压测试仪	17051703 6	MH7122	输出电压: 交、 直流输出电压: 允许 误差为 $\pm 2\%$; 电流: 量程 (1.000~12.00) mA 时: 交流击穿报警 预置电流: 允许 误差为 $\pm 2\%$; 泄露电流: 允许误 差为 $\pm 2\%$; 量程	兆欧表检定装置: 0.2 级; 耐电压测试仪校验 装置: 交、直流电 压: (1.000~30.00) kV MPE: $\pm 0.2\%$ 交、直流电流: (0.1000~400.00) mA MPE: $\pm 0.2\%$; 时间: (10~900) s	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 10 月 30 日	√



				(0.500~5.000) mA 时: 直流击穿报警 预置电流: 允许 误差为±2%; 泄露电流: 允许误差 为±5%; 输出电压的持续 时间: 允许误差为 ±5%; 绝缘电阻测量: 量 程 500V 时 允许误差 为±5.0%;	MPE: ±0.5%			
质量部	电子秒表	XY004	YS-8120	$U=0.01s \quad k=2$	时间检定仪: MPE: $\pm 5 \times 10^{-7}s$	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 11 月 2 日	√
质量部	温湿度表	XY001	WS-2021	温度: $U=0.5^{\circ}C$ 湿度: $U=2\%RH$ ($K=2$)	冷镜式露点仪: MPE: ±1%RH MPE: $\pm 0.2^{\circ}C$; 温湿度检定箱: MPE: $\leq \pm 0.1^{\circ}C$ 、RH/ MPE: $\leq \pm 0.8\%RH$	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 11 月 2 日	√
质量部	数字温度计	20130908 515	TM902C	$U=0.2^{\circ}C \quad k=2$	标准铂电阻温度 计: 一等	辽宁东测检测技术有限公司	2020 年 11 月 2 日	√
质量部	二等标准金属量器	50L	467	最大允许误差: $\pm 2.5 \times 10^{-4}L$	一等金属量器 最大允许误差: $5 \times 10^{-5}L$	沈阳恒嘉计量检测技术有限公司	2020 年 6 月 15 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 10 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 3 月 4 日 ~ 3 月 5 日

审核员签字:

武志云

部门代表签字:

刘春光