



编 号: 0129-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 上海科科阀门集团有限公司 |          |            |                                                                                                        |                                                                                        | 审核员             | 刘复荣        |            |
|------|--------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 部门   | 测量设备名称       | 测量设备编号   | 型号规格       | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度                                                                                | 测量标准装置准确度等级                                                                            | 检定/校准机构         | 检定/校准日期    | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部  | 温湿度计         | 190702   | GJWS-B1    | $\pm 2^{\circ}\text{C}$<br>$U=0.3^{\circ}\text{C}, k=2$<br>$\pm 5\%\text{RH}$<br>$U=2\%\text{RH}, k=2$ | 精密露点仪:<br>$\pm 0.2^{\circ}\text{C DP}$<br>$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$                    | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.22  | √          |
| 质管部  | 游标卡尺         | YA02     | (0-150) mm | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.01\text{mm}, k=2$                                                          | 量块:5 等                                                                                 | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.17  | √          |
| 质管部  | 液压万能试验机      | 6794     | WEW-100B   | $\leq 1\%$<br>$U_{\text{rel}}=0.37\%, k=2$                                                             | 标准测力仪:<br>0.1 级                                                                        | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.17  | √          |
| 质管部  | 绝缘电阻表        | 15128184 | ZC25B-3    | 10 级                                                                                                   | 绝缘电阻表检定装置:<br>( $>100-1000$ )<br>$\text{M}\Omega$ 时<br>$\text{MPE}:\pm 1.0\%$          | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2020.10.30 | √          |
| 质管部  | 冲击试验机        | 90875    | JB-300B    | $U_{\text{rel}}=0.2\%, k=2$                                                                            | 标准测力仪:<br>0.1 级                                                                        | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.17  | √          |
| 质管部  | 洛氏硬度计        | 6848     | HR-150A    | $\pm 1.5\text{HRC}$<br>$U=0.5\text{HRC}, k=2$                                                          | 洛氏硬度块:<br>47.4HRC 时,<br>$U=0.3\text{HRC}, k=2$<br>26.2HRC 时,<br>$U=0.2\text{HRC}, k=2$ | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.17  | √          |
| 质管部  | 涂层测厚仪        | 827104   | Qnix4500   | $\pm 2.1\text{mm}$<br>$U=0.09\text{mm}, k=2$                                                           | 标准测厚片:<br>$U=(1.0-10)\mu\text{m}, k=2$                                                 | 上海希贝计量校准技术有限公司  | 2020.7.17  | √          |

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 7 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 3 月 8 日上午—2021 年 3 月 9 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

俞龙