



编 号: 0128-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海双高阀门(集团)有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质管部	磁粉探伤仪	1162	CDX-III	交流提升力: $U=4.8N, k=2$ 旋转提升力: $U=4.8N, k=2$	磁轭式磁粉探伤机拉力检定装置: $U=0.2\%FS, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2020.8.3	√
制造部	压力表	YA12011510	(0-2.5) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 0.4 级	上海市松江区计量质量检测所	2021.1.5	√
质管部	接地电阻测试仪	04629728	AR4105 A+	$\pm 2\%$; 200Ω时: $U_{rel}=0.19\%, k=2$	接地电阻表检定电阻器: 0.1 级	上海惠量计量检测有限公司	2020.8.6	√
质管部	数字兆欧表	C171105539	UT501 A	1000V, 5GΩ; $U_{rel}=2.3\%, k=2$	兆欧表检定装置: 1 级	上海惠量计量检测有限公司	2020.8.4	√
质管部	深度卡尺	LS10-001	(0-200) mm	$U=(12+2L)\mu m, k=2$	量块: 5 等	上海惠量计量检测有限公司	2020.8.4	√
质管部	工业用辐射温度计	2013121863 (H008)	HT-887 2	$U=\pm(1\%t+1)^\circ C, k=2$ (t 为测量值)	标准铂电阻温度计: $U=0.05^\circ C, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2020.8.4	

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 6 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 3 月 10 日上午—2021 年 3 月 11 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

邹炜