



编号: 0050-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	安阳中联水泥有限公司					审核员	李俐	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术装备部	压力表	19030367 1	(0-2.5) MPa	1.6 级	0.4 级精密 压力表	安阳市殷都区质量计量检测中心	2020.11.11	√
技术装备部	压力表	1F054406 6	(0-1) MPa	1.6 级	0.4 级精密 压力表		2020.11.11	√
物资供应部	电子汽车衡	0122	SCS-200 型	III 级	M ₁ 等级砝码		2020.9.18	√
生产品质部 化验室	电子天平	30101010 5061	JA2003	I 级	E ₂ 等级砝码		2020.4.10	√
生产品质部 化验室	电子天平	30101005 5606	JA2003	I 级	E ₂ 等级砝码		2020.4.10	√
生产品质部 化验室	电子天平	40031011 2010	FA2004N	I 级	E ₂ 等级砝码		2020.4.10	√
生产品质部 化验室	温度控制器	WY10-113	DRZ-4	1 级	0.02 级温度 二次仪表检 定装置		2020.4.10	√
生产品质部 化验室	电动抗折 试验机	508	DKZ-5000	1 级	0.3 级标准 测力计		2020.4.14	√
生产品质部 化验室	电液式水 泥压力机	1008217	YAW-300B	1 级	0.3 级标准 测力计		2020.4.14	√
制成车间	水泥定量 包装机	100041	8RS-PC	0.1 级	M1 等级砝 码		2020.4.10	√

审核综合意见:

企业未建立最高标准器, 所有测量设备均送至安阳市殷都区质量计量检测中心检定/校准, 抽查 10 份测量设备, 量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 3 月 9 日~ 3 月 9 日

审核员签字:

部门代表签字:

