
编号: 0051-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	安阳中联水泥有限公司龙安分公司					审核员	孙保健	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号 规格	测量设备 准确度等 级	测量标准置 准确度等级	检定/校 准 机构	检定/校准 日期	符 合 打 √ 不符 合打×
生产品质部	压力表	AK033 9515	(0-4)MPa	1.6 級	0.4 级精密压力表标准装置	安阳市区景景景景中心	2020.12.	1
生产品质部	压力表	19-11-	(0-1.6) MPa	1.6 级	0.4 级精密压力表标准装置		2020.12.	1
生产品质部	电子汽车	14014	TCS-150	III±85	Mı 等级砝码		2020.6.1	1
生产品质部	电子汽车	14014	TCS-150	II ÁÚ	Mı等级砝码		2020.6.1	1
生产品质部	电子天平	56128	FA1004	1 級	F1 等级砝码		2020.9.2	7
生产品质部	电子天平	22691	DT224S	I级	F1 等级砝码		2020.9.2	1
生产品质部	电液式水 泥压力试 验机	60802	YAW-300B	1级	0.3 级试验机检定装置		2020.9.2	1
生产品质部	电动抗折试验机	024	DKZ-5000	1 級	0.3 级试验机检定装置		2020.9.2	2



审核综合意見:

公司未建立计量标准,测量设备全部送至深圳安阳市殷都区质量计量测试中心校准,抽查8台件测量设备,符 合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021年03月10日

申核员签字: 344年 12h

部门代表签字: 中心的