



编号: 0171-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 上海科泽智慧环境科技有限公司 审核员: 张永波 审核日期: 2021 年 3 月 12 日

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: “分析仪泄漏电流测量过程”。 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致。 2) 计量要求识别过程与实际情况一致。	研发部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	远程审核抽查包括电子天平 (编号 054272) 共 5 台测量设备的检定校准信息。 经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。	仓管部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	抽查测量过程的名称: 1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成。 2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成。 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成。 4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5) 经确认, 自远程审核 (时间 2020 年 11 月 9 日) 后, 测量过程仍按照策划开展核查。	研发部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
4.	质量目标完成情况	经确认公司目标包括: a、关键过程测量设备计量确认 100%; b、测量过程失控不超过 24 小时; c、培训合格率 100%; d、顾客满意度达到 95%。 远程审核提供的目标统计记录属实。	商务部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)



5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，管理评审已在 2020 年 10 月 20 日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	管理层	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2020 年 9 月 11 日-12 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	商务部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（1）个，为查编号 E00512 的“数字绝缘电阻测试仪”，已根据实际使用要求对测量设备校准证书进行符合性确认，但未粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款号“7.1 计量确认”的要求。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，经过审核组确认不符合整改已完成。	商务部 仓管部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）
8.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3) 企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4) 其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准）	1) 有测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况；符合要求。 2) 无计量争议或计量投诉情况。 3) 企业资质情况的确认：上海科泽智慧环境科技有限公司成立于 2005 年 09 月 13 日，法定代表人为吴卫国，注册资本人民币为 3000 万元整，营业执照上住所为上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J353 室。营业执照的登记时间为 2019 年 05 月 07 日，营业期限为 2005 年 09 月 13 日至 2035 年 09 月 12 日，法人资格满足要求。企业活动范围和场所：上海市静安区江场西路 299 弄 3 号楼 601 室。符合要求。	商务部 技术部 研发部 仓管部	☒ 是 ☐ 否，列入不符合（编号：）



自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

(公章)

日期：2021.3.12

