

编号: 0011-2019-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		北京中环高科环境治理有限公司				审核员	薛晓	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	数字万用表	17207862	MT-1280	允差: DCV: $\pm (0.8\%+10d)$ (1000V), $\pm (0.5\%+3d)$ (600mV/6V/60V/600V) ACV: $\pm (1.2\%+10d)$ (750V), $\pm (0.8\%+5d)$ (6V/60V/600V) ACI: $\pm (3\%+10d)$ (20A) DCI: $\pm (2\%+5d)$ (20A) R: $\pm (0.8\%+5d)$ (600 Ω), $\pm (0.8\%+3d)$ (6k Ω /60k Ω /600k Ω), $\pm (1\%+25d)$ (60M Ω)	多功能校准仪 (DO30-II B): DCV: $U_{rel}=0.01\%$ ACV: $U_{rel}=0.03\%$ DCA: $U_{rel}=0.01\%$ ACA: $U_{rel}=0.03\%$ R: $U_{rel}=0.01\%$ ($k=2$)	厦门精量校准检测技术有限公司	2021.03.09	√
技术部	手持式激光测距仪	PK808030825	NT-8580	$U = (1.0+2 \times 10^{-4} D)$ mm (D:m) ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm	厦门精量校准检测技术有限公司	2021.03.09	√
技术部	数显卡尺	18095690	(0~150) mm	$U=0.01$ mm ($k=2$)	量块 (10~291.8) mm 5 等 量块 (1~10) mm 5 等	厦门精量校准检测技术有限公司	2021.03.09	√
技术部	钢直尺	管理编号: Z05	(0~500) mm	$U=0.08$ mm ($k=2$)	读数显微镜: MPE: $\pm 10 \mu m$ 数显卡尺: (1~300) mm $U=0.01$ mm ($k=2$) 数显卡尺: (1~1000) mm $U=0.03$ mm ($k=2$)	厦门精量校准检测技术有限公司	2021.03.09	√


					平尺: 2000mm, 00 级			
技术部	钢卷尺	管理编号: Z06	7.5m	$U = (0.2 + 2 \times 10^{-1} L)$ mm (L: m) (k=2)	标准钢卷尺: 5m MPE : $\pm$ (0.03+0.03L) mm	厦门精量校 准检测技术 有限公司	2021.03.09	√

审核综合意见:

该公司未建计量标准, 抽查 5 台件测量设备均送至厦门精量校准检测技术有限公司, 校准证书填写规范, 符合要求。量值均溯源至法定计量技术机构。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 3 月 15 日

审核员签字:



部门代表签字: 