



编号: 0181-2019-2021

不符合项报告

企业名称: 重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 品质保证部	陪同人员: 常涛
不符合事实描述: 查品质保证部现场使用的编号为 Q/LYBGC58-2012 的《差压流量计检验记录单》中缺少使用检验设备一栏信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.4 (a) 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>常涛</u> 企业部门代表(签名) <u>刘心平</u> 日期: 2021 年 3 月 16 日	
纠正措施: 1. 补齐《差压流量计检验记录》中缺少的使用检验设备一栏信息。 2. 查看相关检验记录, 是否有检验设备信息缺失。 企业部门代表签名: <u>刘心平</u> 审核员签名: <u>李永强</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业代表的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: 日期: 2021 年 3 月 16 日	

可另附页