



编号: 0133-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	罗克佳华科技集团股份有限公司					审核员	陈加玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
智慧城市部	接地电阻测试仪	JL-01	AR4105A	$U_{rel}=0.5\%$ $k=2$	接地电阻仪 检定装置 $U_{rel}=0.25\%$ $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2020-4-1	√
智慧环保部	氮氧化物分析仪	TH-2001H	211804030	$U_{rel}=8\%$ $k=2$	氧氮气体标准样品 $U_{rel}=2\%$ $k=2$	深圳市中测计量检测技术有限公司	2020-10-13	√
智慧环保部	臭氧分析仪	CM1748008 2	49I-DINAA	$U_{rel}=10\%$ $k=2$	臭氧分析仪 $U=4\%F$ $k=2$	深圳市中测计量检测技术有限公司	2020-10-13	√
智慧环保部	二氧化硫分析仪	CM1748004 0	43I-DN5AA	$U_{rel}=3\%$ $k=2$	氮中二氧化硫气体标准物质 $U=3\%F$ $k=2$	深圳市中测计量检测技术有限公司	2020-10-13	√
智慧环保部	声级计	342912	AWA5661-B	$U=0.5dB$ $k=2$	声校准器 $U_{rel}=0.4dB$ $k=2$	深圳市中测计量检测技术有限公司	2020-4-13	√
智慧环保部	氮气中二氧化硫气体标准物质	L194710113	——	$U=1.5\%$ $k=2$	国家标准物质 GBW(E)062472)	重庆瑞信气体有限公司	2021-3-20	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业未建立最高标准器, 已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》等文件, 测量设备送检测到深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司等公司进行量值溯源。经查 6 份校准证书, 填写基本规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 量值溯源符合要求。

审核日期: 2021 年 03 月 22 日~03 月 23 日

审核员签字:

陈加玲

2021.3.23

部门代表签字:

陈加玲