



编号: 0014-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	古县正泰煤气化有限公司					审核员	宋丽莉	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检中心	量筒	2#	(100~102) mL	+ 0.4mL	电子天平 ①级	陕西省计量科学研究院	2018.09.20 (有效期3年)	√
质检中心	热电偶	/	N 型	U=1.2℃ k=2	标准铂电阻 温度计 二等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.03.15	√
质检中心	玻璃水银温度计	BLWDJ-002	(50~210)℃ /0.5℃	U=0.30℃ k=2	标准水银温度计组 二等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2020.03.18	√
质检中心	密度计	MDJ-03	(1.000~ 1.100) g/cm ³	U=0.0009g/cm ³ k=2	标准密度计 组 二等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2020.09.08	√
电仪车间	便携式数字 压力校验仪	060424	HDPI-2000C	U _{rel} =0.08%FS k=2	活塞式压力 真空计标准 装置 0.02 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2021.03.15	√
机动部	差压变送器	110166268	TDS4433-1BA4 0-1CB6-01	U=0.08%FS k=2	活塞式压力 真空计标准 装置 0.02 级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2020.12.19	√
备煤中心	电子汽车衡	1411082	SCS-120t	III 级	标准砝码 M1 级	古县综合检验检测中心	2020.10.30	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 企业未建计量标准, 测量设备均送至陕西省计量科学研究院、古县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司等计量检定/校准机构进行溯源, 抽查 7 件计量器具的检定/校准证书, 检定/校准证书全部在有效期内, 量值溯源符合标准要求。								
审核日期: 2021 年 03 月 20 日 下午至 2021 年 03 月 21 日 下午 (共 1.5 天)								
审核员签字: 			部门代表签字: 樊超					