



编号: 0016-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏华日圣油气井下工具有限公司					审核员	顾海勇	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产科	游标卡尺	LS143326	(0~300)mm	±0.04mm	5 等量块	常熟市计量测试所	2020.06.24	√
生产科	洛氏硬度计	JH13016002	HR-150A	±1.5HRC	均匀度: 0.5HRC 标准金属洛氏硬度块	常熟市计量测试所	2020.06.24	√
生产科	石油套管螺纹工作量规	A1905201907	5 1/2 CSG	U=9μm,k=2	数显高度仪 E:(2.0+3L/1000) μm	石油工业专用螺纹量规计量站	2020.07.07	√
生产科	精密压力表	HC69622103735	(0~60) MPa	0.4 级	0.05 级 活塞式压力计	常熟市计量测试所	2020.06.29	√
生产科	压力变送器	14073004	(0~200) MPa	0.5 级	0.05 级 活塞式压力计	无锡市计量测试院	2020.08.17	√
生产科	万能材料试验机	LCT70426	WDW-100E	1.0 级	0.1 级 标准测力仪	常熟市计量测试所	2020.04.29	√
生产科	外径千分尺	LS1591301	(300~400) mm/0.01mm	±11 μm	4 等量块	常熟市计量测试所	2020.06.24	√
生产科	石油管螺纹单项参数测量仪	LS194001	(0~1)mm/0.01mm	≤0.02mm/0.2mm	3 等量块 光栅式指示表检定仪 MPEV:2.8μm	常熟市计量测试所	2021.01.20	√

审核综合意见:

抽查该公司所有测量设备均送至常熟市计量测试所、无锡市计量测试院、石油工业专用螺纹量规计量站检定/校准。经查 8 份检定证书, 填写基本规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和 SI 国际单位制。

审核日期: 2021 年 03 月 15 日

审核员签字:

部门代表签字: