



编号: 0170-2021-AA

测量设备溯源抽查表

企业名称	江西瞻宇教育装备集团有限公司					审核员	郭小红、胡九根	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	数显游标卡尺	ZY-KC02	(0-150) mm	$U=0.02\text{mm}$ (k=2)	量块 5 等	江西西平计量检测有限公司	2020 年 06 月 10 日	√
品质部	数显千分尺	ZY-QFC01	(0-25)mm	$U=0.4\mu\text{m}$ (k=2)	量块 4 等	江西西平计量检测有限公司	2020 年 06 月 10 日	√
品质部	钢卷尺	ZY-GJC01	5m	$U=0.2\text{mm}$ (k=2)	标准钢卷尺 MPE:± (0.03+0.03L) mm	江西西平计量检测有限公司	2020 年 06 月 10 日	√
品质部	塞尺	ZY-SC01	(0.02-1.00) mm	$U=3\mu\text{m}$ (k=2)	数据处理万能测长仪 $U=0.5\mu\text{m}$ (k=2)	江西西平计量检测有限公司	2020 年 06 月 10 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业未建立计量标准, 测量设备均送江西西平计量检测有限公司等机构检定校准, 查看了 4 台测量设备, 均按照公司文件的要求, 按周期送检, 检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致, 且都在有效期, 测量设备量值溯源真实有效, 符合规定要求。

审核日期: 2021 年 3 月 8 日下午~ 3 月 9 日上午

审核员签字:

部门代表签字: