



编号: 0172-2021-AA

测量设备溯源抽查表

企业名称	江西晶亮实业有限公司					审核员	郭小红、胡九根	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	数显卡尺	K16E1363 98	(0-150) mm	$U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)	量块 5 等	东华计量测试 研究院	2021 年 03 月 05 日	√
质检部	数显千分尺	A56060	(0-25)mm	$U=1\mu\text{m}$ ($k=2$)	量块 4 等	东华计量测试 研究院	2021 年 03 月 05 日	√
质检部	钢卷尺	JL001	5m	$U=0.1\text{mm}+2$ $\times 10^{-5}L$ ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE: $\pm$ ($0.03+0.0$ $3L$) mm	东华计量测试 研究院	2021 年 03 月 05 日	√
质检部	塞尺	JL100B	(0.02-1.0 0) mm	$U=1.4\mu\text{m}$ ($k=2$)	卧式测长仪 $U=0.3\mu\text{m}$ ($k=2$)	东华计量测试 研究院	2021 年 03 月 05 日	√
质检部	压力表	15115991 -11	(0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表 0.25 级	南城县市场和 质量监督管理 计量所	2020 年 11 月 10 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

企业未建立计量标准, 测量设备均送南城县市场和质量管理计量所、东华计量测试研究院等机构检定/校准, 查看了 5 台测量设备, 均按照公司文件的要求, 按周期送检, 检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致, 且都在有效期, 测量设备量值溯源真实有效, 符合规定要求。

审核日期: 2021 年 3 月 12 日下午~ 3 月 13 日上午

审核员签字:

部门代表签字: