



编 号：0059-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	安徽逸通新型建材科技有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	压力表	140630011	(0-1.6) MPa	2.5 级	精密压力表标准装置：0.4 级	六安市计量测试研究所	2020.8.4	√
品管部	热变形维卡软化点温度测定仪	2018675	RV-300CTW	±0.5℃ U=0.3℃, k=2	自校铂电阻温度计： U=0.22℃, k=2	安徽领博计量检测有限公司	2020.4.3	√
品管部	塑料管压力试验机	20120502	MZ-2015	U _{rel} =0.4% , k=2	标准测力仪：0.3 级	安徽领博计量检测有限公司	2020.4.3	√
品管部	数显卡尺	19072740	(0-150) mm	±0.02mm U=0.01mm, k=2	量块：4 等	安徽领博计量检测有限公司	2020.4.3	√
品管部	电子万能试验机	2011342	WDT-W	U _{rel} =0.4%, k=2	标准测力仪：0.3 级	安徽领博计量检测有限公司	2020.4.3	√
品管部	真空表	YA06088696	(-0.1-0) MPa	U=0.4%FS, k=2	精密压力表： U=0.15%FS, k=2	安徽领博计量检测有限公司	2020.4.3	√
审核综合意见： 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 6 份证书，证书规范，送检计量技术机构资质满足要求，符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期： 2021 年 3 月 22 日上午至 2021 年 3 月 22 日下午								
审核员签字：刘复荣					部门代表签字：张子			