



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京唯恩传感技术有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	高红雪

不符合事实描述：

企业未能提供对监视测量设备数字多用表、数字电桥表、温度计、数显卡尺等进行校准或验证的相关证据。

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
 - GB/T 50430-2017 标准 条款：
 - GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 - GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 - ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：*杜斌 李瑞* 审核组长：*李瑞* 受审核方代表：*林奇峰*
 日期：2019.10.20 日期：2019.10.20 日期：2019.10.20


纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

校准证书

审核员：*李瑞* 日期：2019.11.07



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>检测设备未校准</p>
<p>纠正情况:</p> <p>安排人员送检</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及中华人民共和国计量法培训不到位, 质量意识不强, 导致漏检</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2019 年 12 月前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无不符合发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效</p> <p>验证人:  日期: 2019.11.07</p> <p>受审核方代表:  日期: _____</p>

培训记录表

编号：JL7.2—2

序号：2

时间：2019.10.24	培训题目：外审不符合关闭	培训教师：外聘李老师
地点：会议室		培训方式：内培
参加培训人员名单（共 人）： 各部门负责人及相关人员		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及中华人民共和国计量法		
考核方式及成绩 现场提问，人员均合格达标 考核人：高红雪 2019年10月24日		
考核合格率：100%		



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0187

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2019105519001-11-D13491

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:

Certificate No. RA19S-AF003352

客户名称

Client

北京唯恩传感技术有限公司

物品名称

Name of Item

数字温度计

型号 / 规格

Model / Specification

EN13485

物品编号

Serial No.

2127F4

制造单位

Manufacturer

HANNA

客户地址

Address of the Client

北京市朝阳区利泽中二路望京科技园E-208A

物品接收/校准日期

Date of Receipt/Calibration

2019-10-24/2019-10-29

批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by



签发日期

Date of Issue

2019 年 10 月 29 日

Year

Month

Day

机构注册号:

Registration No.

CNAS L0187

地址:

Address:

北京市朝阳区安苑东里一区12号

No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel):

传真(Fax):

邮编(Post Code):

电子信箱(E-mail):

400-090-0026

010-57521500

100029

jly@bjjl.cn

第 1 页共 3 页

Page 1 of 3

北京市计量检测科学研究院



扫描全能王 创建

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2019105519002-11-D13491

检定证书

Verification Certificate

证书编号: JC19J-BB009119
Certificate No.

客户名称
Client

北京唯恩传感技术有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

外径千分尺

型号 / 规格
Model / Specification

(75-100) mm/0.01mm

出厂编号
Serial No.

67509441

制造单位
Manufacturer

Mitutoyo

检定依据
Verification Regulation

[见本证书第二页检定依据]

检定结论
Conclusion

合格

批准人
Approved by

张博

核验员
Checked by

张忠

检定员
Verified by

刘玉静



检定日期 2019 年 10 月 24 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2020 年 10 月 23 日
Date of Expiry Year Month Day

计量检定机构授权证书号:
Authorization Certificate No. (国)法计(2017)01007号

电话(Tel): 400-090-0026

传真(Fax): 010-57521500

地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

邮编(Post Code): 100029

电子信箱(E-mail): jly@bjil.cn

第 1 页共 3 页

Page 1 of 3

证书骑缝专用章(2)

CS

扫描全能王 创建



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0187

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2019105519007-11-D13491

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:
Certificate No. DA19S-AD000140

客户名称 Client	北京唯恩传感技术有限公司
物品名称 Name of Item	LCR数字电桥
型号 / 规格 Model / Specification	4091C
物品编号 Serial No.	094778525
制造单位 Manufacturer	VICTOR
客户地址 Address of the Client	北京市朝阳区利泽中二路望京科技园E-208A
物品接收/校准日期 Date of Receipt/Calibration	2019-10-24/2019-10-28

批准人
Approved by

核验员
Checked by

校准员
Calibrated by



签发日期 2019 年 11 月 04 日
Date of Issue Year Month Day

机构注册号: CNAS L0187
Registration No.
地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel): 400-090-0026
传真(Fax): 010-57521500
邮编(Post Code): 100029
电子信箱(E-mail): jly@bjjl.cn



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0187

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2019105519006-11-D13491

校准证书

Calibration Certificate

证书编号:
Certificate No. DA19S-AA002760

客户名称	北京唯恩传感技术有限公司
物品名称	数字多用表
型号 / 规格	8808A
物品编号	4567053
制造单位	FLUKE
客户地址	北京市朝阳区利泽中二路望京科技园E-208A
物品接收/校准日期	2019-10-24/2019-10-29



批准人
Approved by

核 验 员
Checked by

校 准 员
Calibrated by



签发日期 2019 年 11 月 01 日
Date of Issue Year Month Day

机构注册号: CNAS L0187
Registration No.
地址: 北京市朝阳区安苑东里一区12号
Address: No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel): 400-090-0026
传真(Fax): 010-57521500
邮编(Post Code): 100029
电子信箱(E-mail): jly@bjil.cn

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology



2019105519004-11-D13491

检定证书

Verification Certificate

证书编号: JC19J-BB009120
Certificate No.

客户名称

Client

北京唯恩传感技术有限公司

计量器具名称

Name of Instrument

数显卡尺

型号 / 规格

Model / Specification

(0-150)mm/0.01mm

出厂编号

Serial No.

K18D 288885

制造单位

Manufacturer

广陆

检定依据

Verification Regulation

[见本证书第二页检定依据]

检定结论

Conclusion

合格

批准人

Approved by

张博

核验员

Checked by

杨志

检定员

Verified by

刘亚静



检定日期

Date of Verification

2019 年 10 月 24 日
Year Month Day

有效期至

Date of Expiry

2020 年 10 月 23 日
Year Month Day

计量检定机构授权证书号:
Authorization Certificate No.

(国)法计(2017)01007号

地址:

北京市朝阳区安苑东里一区12号
No.12, 1 block, Anyuandongli, Chaoyang District, Beijing

电话(Tel):

400-090-0026

传真(Fax):

010-57521500

邮编(Post Code):

100029

电子信箱(E-mail):

jly@bjil.cn

第 1 页共 3 页

Page 1 of 3

北京市计量检测科学研究院

CS

扫描全能王 创建