



编号: 0215-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司					审核员	袁菊	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
电表生产车间	单相电能表检定装置(流水线)	1512006	NZ2011-48	0.1 级	±0.01%	江苏省计量科学研究院	2020.12.03	√
电表生产车间	标准时钟	19290302040	NZ2903	±2×10 ⁻⁷	±1×10 ⁻¹⁰	江苏省计量科学研究院	2021.03.22	√
电表生产车间	单相耐压测试装置	1540006	NZ2110-24	5 级	ACV: (1%red+3d)	中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室	2020.12.04	√
电表生产车间	三相电能表检定装置	2031032	SJJ-1	0.05 级	±0.01%	江苏省计量科学研究院	2021.03.15	√
质检部	扭力起子	458110J	RTD500CN	±3%	1 级	中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室	2020.10.15	√
质检部	LCR 数字电桥	Q6-514-05656	TH2816A	0.05%	0.01 级	深圳市华测计量技术有限公司	2021.03.20	√

审核综合意见:

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构(江苏省计量科学研究院、中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室、深圳市华测计量技术有限公司)进行检定和校准。查 6 份测量设备检定和校准证书,都在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。

审核日期: 2021 年 03 月 25 日~03 月 26 日

审核员签字: 袁菊

部门代表签字: 李自集