



编号: 0243-2021

不符合项报告

企业名称: 淮安清江石油化工有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 贮运车间	陪同人员: 王妍
不符合事实描述: 抽查贮运车间(南码头)型号 CMF400 的质量流量计, 器具编号: 14327601, 检定证书编号: 619018611, 检定日期: 2020.09.14, 未见计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: _GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>李黎</u> 陪同人员(签名) <u>王妍</u> 企业部门代表(签名) <u>蔡永</u> 日期: 2021年4月23日	
纠正措施: 按 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识要求粘贴计量确认标识, 并按照《标识管理程序》要求进行管理, 举一反三, 查找有无类似情况, 若有进行整改。 企业部门代表签名: <u>蔡永</u> 审核员签名: <u>李黎</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施已落实 验证有效</u> 审核组代表签名: <u>李黎</u> 日期: 2021.4.23	

可另附页