

编号: 0032-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司					审核员	邱振英	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生三科	电子天平	B1129323675	XP603S	IIA	1mg~350g 2-F2	上海质监局	2020.9.28	√
	烘箱	ZJT-228	MMM	温度±1℃ 湿度±2%	JT-198, JT-197	自校准	2021.2.28	√
	电子天平	B140307907	XP603S	IS2	1mg~350g F-F2	上海质监局	2020.11.28	√
	烘箱	JT-530	MMM	温度±1℃ 湿度±2%	JT-198, JT-197	自校准	2021.2.28	√
	红外水分仪	361389-3	TM710	(15~25)% ±0.2% H2O	SV2011, P452	自校准	2020.12.21	√
二车间	电子地磅	F-38	XK3150	IIA	10mg~10t F1, M1, M12	上海质监局	2020.5.28	√
	电子天平	Q-100	C200-40	IIA	10mg~10t F1, M1, M12	"	2020.6.28	√
	压力表	b-258	YN-100	1.6级	0~116MPa 0.05级	"	2020.7.28	√
	游标卡尺	C082	(0~150)mm	±0.02mm	(0~291.8)mm 5级	"	2020.11.28	√

审核综合意见：
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由)

抽查的测量设备均进行溯源，并处于合格状态。外检单位均符合检/校标准高要求。
现场计量状态，符合要求。

审核日期：2021年04月14日上午至2021年04月15日下午(共2.0天)
审核员签字：部门代表签字：[签名]

编号: 0032-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司						审核员	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产二科	游标卡尺	JZ-331	SLG-CS 0~150mm	+0.05mm	G2-159c	内板	2021.7.10	✓
"	长度标准块	G2-191e	RETool E15	/	±(0.08+L/500)um	计量学院	2019.12.13	✓
"	数字温度计	16490013	511A 0~100℃	+0.5℃	E=11μg~5kg F=10mg~25kg	衡变检测院	2020.7.28	✓
"	电子天平	1129323675	XP603S 11kg~610g	I级	E>:11μg~5kg F<:10mg~25kg	衡变检测院	2020.9.28	✓
"	砝码组	JZ-394	Infracob 70E C10~352xH60	+0.2% F140	F140天秤P45027	内板	2020.12.21	✓
"	烘箱	JT-90	60SP (15℃~25℃)	温度 ±1℃ 均匀度 ±2%	JT-198 JT-197	内板	2021.2.28	✓

审核综合意见：
（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

抽查：对量设备的进行了溯源并做了验证，外检/校单位均符合检/校要求且标识清晰。

审核日期：2021年04月14日 上午至 2021年04月15日 下午（共2.0天）
 审核员签字：_____
 部门代表签字：_____



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (06版)

编号: 0032-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司					审核员	邱振英 肖利	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
仓储部	游标卡尺	U070	0-200mm	—	量块(10-27.8mm)/5等	上海计量院	2020.4.28	✓
"	温湿度计	2379890	635-1	±3%RH	±0.1℃ ±0.2%RH	上海计量院	2020.6.28	✓
"	温湿度变送器	HT-1764	LTM-8901T	0~100%RH ±5%RH	—	内校	24H	✓
"	温湿度变送器	HT-1766	LTM-8901T	"	—	内校	2021.1.28	✓
"	温湿度变送器	HT-1770	LTM-8901T	"	—	内校	24H	✓
"	温湿度变送器	HT-1773	LTM-8901T	"	—	内校	24H	✓
"	压力表	tb-39	Y-100	0~1.6MPa 1.6MPa	0.05MPa	上海计量院	2020.12.28	✓
"	压力表	tb-40	Y-100	"	0.05MPa	上海计量院	2020.12.28	✓
"	水表	3-0867	2C25-3	500V(0~5)A 10A	1000V(0~5)A 10A	上海计量院	2021.3.28	✓
"	电子秤	25890997	(0~320)g	(0~320)g	—	上海计量院	2021.3.28	✓
"	水银温度计	0571844	(0~40)℃	—	—	上海计量院	2021.3.17	✓
"	氮气纯度	091100004	4 CO2 MAX	100mg/L ±10%	100mg/L	上海计量院	2020.8.14	✓
审核综合意见: 资料齐全 (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 抽查以上设备均溯源, 并出具合格证。外校/校准单位均符合校准/校准资质要求, 现场计量标识已更新。 U=1.2 (K=2)								
审核日期: 2021年04月14日 上午至2021年04月15日 下午 (共2.0天) 审核员签字: 部门代表签字: 邱振英 肖利								



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (06版)

编号: 0032-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司					审核员	张仁	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
物资部	长钢	JT-162	50mm	$\pm 0.05\text{mm}$	$\pm (0.08 + L/2500)$	上海市计量测试所	2020.3.05	✓
"	衡器	Y-09	ACS-15	III	100g-1500g	上海市计量测试所	2021.3.28	✓
"	衡器	JT-549	152N09K	$\pm 1\text{mm}$	100g-1500g	"	2020.7.28	✓
"	压力表	A-43-29	YBF-2002	(0~2.5)MPa	0.4级	上海市计量测试所	2020.3.28	✓
"	压力表	961713-2	YBF-150	(0~2.5)MPa	1.6	"	2020.3.28	✓
"	压力表	B-450	Y-100	(0~1)MPa	1.6	"	2020.9.28	✓
物流部	衡器	B81981263	XK3141	1119A	100g-101t	上海市计量测试所	2020.5.28	✓
"	衡器	JT-554	AMS3041200	5mm	100g-101t	上海市计量测试所	2020.9.28	✓
"	衡器	JT-549	"	5mm	"	"	2020.7.28	✓
"	衡器	H61N101b	GTO-561001	"	"	"	21.10.28	✓
"	衡器	H61N101f	"	"	"	"	21.10.28	✓
物资部	衡器	231206-0001	25kg	M1512	100g-30kg	上海市计量测试所	2020.9.28	✓
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 2件, 原始记录, 报告及评价符合要求。								
审核日期: 2021年04月14日 上午至 2021年04月15日 下午 (共2.0天) 审核员签字: 张仁 部门代表签字: 李一 戚林								

编号: 00XX-200032-2018-20211X-2019

测量设备溯源抽查表

[illegible]



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-06 测量设备溯源抽查表 (06 版)

编号: 0032-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海烟草集团有限责任公司					审核员	何伟斌	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	游标卡尺	306008002	PC1640 4-20mm	1.0%	0.25 1mm	上海仪器计量所	2020/11/28	✓
	温度变送器	HT-4300	HMT120	1.0%	±0.2000pp ±0.10°C	上海仪器计量所	2020/5/28	✓
	"	HT-4302	"	"	"	"	"	✓
	"	HT-4312	"	"	"	"	"	✓
动力部	压力变送器	HA3578	Y100	1.6级	(0.1~60)MPa 0.4级	"	2020/10/26	✓
	"	HA3575	"	"	"	"	"	✓
	变送器	3631114	Honeywell 0~2.5kPa	0.25%	0.25% 0.05级	上海仪器计量所	2020/9/28	✓
	压力变送器	HA3592	Y100	1.6级	(0.1~60)MPa 0.4级	上海仪器计量所	2020/10/26	✓
	变送器	2114109446	SP2104plus	3%FS	0.25% 0.02级	上海仪器计量所	2020/9/28	✓
	变送器	3632070	Honeywell 0~1.6MPa	0.25%	0.25% 0.02级	"	"	✓
行政部	水表	31665862		0.5级	0.5级	上海仪器计量所	2021/3/17	✓
"	变送器	0015144	FK-150	3%FS	0.25% 0.02级	上海仪器计量所	2020/9/28	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查了洲光设备的溯源情况, 通过现场设备的核对及证书溯源, 抽查的设备均溯源有效, 溯源单位均有相应资质, 符合要求!

审核日期: 2021 年 04 月 14 日 上午至 2021 年 04 月 15 日 下午 (共 2.0 天)

审核员签字: 部门代表签字:

何伟斌

曹经