



编 号: 0048-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	四川中隆泰建设工程有限公司					审核员	鞠录梅	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	02050123	(0-25) mm	±0.004mm	量块 (5.12-100) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2021.03.11	√
质检部	压力表	B2017069 417	(0-0.6) MPa	1.6 级	数字压力表 (0-1) MPa 0.2 级	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2021.03.11	√
质检部	游标卡尺	00593	(0-200) mm	±0.03mm	量块 (10-291.8) mm 五等	攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心	2021.03.11	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 3 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 03 月 30 日 上午至 2021 年 03 月 31 日 上午 (共 1.5 天)								
审核员签字: 鞠录梅			部门代表签字: 刘金英					