



编号: 026 3-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	扬州万泰电子科技有限公司					审核员	王旭芳	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	频谱分析仪	14032AN 14040100 39	GA4032	参考频率 $U_{rel}=2.4 \times 10^{-8}$ (k=2) 扫频宽度 $U_{rel}=0.25\%$ (k=2) 分辨率带宽转换影响 $U=0.02\text{dB}$ (k=2)	2×10^{-8} 频率 1×10^{-7} ; 电平 $\pm (0.5 \sim 0.9)$ dB	江苏省计量院	2020.09. 12	√
质检部	继电器参数测试仪	WT-SJS-0 26	GD2000 GD2000	直流电压 $U_{rel}=0.2\%$ (k=2) 交流电压 $U_{rel}=0.5\%$ (k=2) 直流电流 $U_{rel}=0.3\%$ (k=2) 50mA~200mA $U_{rel}=0.5\%$ (k=2) 1A~5A	DCV: $\pm 0.005\%$; AC V: $\pm 0.1\%$; DCI $\pm 0.15\%$; ACI $\pm 0.2\%$; R $\pm 0.01\%$	扬州市计量所	2020.09. 17	√
质检部	耐压测试仪	RK70A110 517-127	RK2670A	5 级	MPE: 电压: $\pm 0.5\%$ 电流: $\pm 0.5\%$ 时间: $\pm 1\%$	扬州市计量所	2021.03. 09	√
生产部	老化房	1	6m*8m	设定温度 55.0°C 上的 $U=0.1^{\circ}\text{C}$ (k=2)	铂电阻: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ (k=2) 热电阻: $U=0.8^{\circ}\text{C}$ (k=2) 湿度: $U=1.5\%\text{RH}$ (k=2)	扬州市计量所	2021.03. 16	√



技术部	衰减振荡波发生器	PR111291 82	SJB61012	脉冲电压 $U_{rel}=5\%$ ($k=2$)	数字荧光示波器: $\pm 1\%$ 高压差分探头: $\pm 2\%$	江苏省计量院	2020.09. 09	√
技术部	雷击浪涌发生器	06712013 N	LSG-5060 AG	开路电压峰值 $U_{rel}=4.2\%$ ($k=2$)	数字荧光示波器: $\pm 1\%$ 高压差分探头: $\pm 2\%$ 高压探头: $\pm 2\%$ 电流探头: $\pm 1\%$	江苏省计量院	2020.0 9.09	√
生产部	三相电能表检定装置	0431002	SJJ-1	0.05 级	$\pm 0.1\%$	江苏省计量院	2020.07. 21	√
生产部	单相电能表检定装置	1012036	DJ-101	0.1 级	$\pm 0.1\%$	江苏省计量院	2020.07. 21	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准, 所查测量设备均送江苏省计量院、扬州市计量所校准。现场抽查 8 份校准证书, 符合要求。

审核日期: 2021 年 4 月 8 日 ~ 4 月 9 日

审核员签字:

部门代表签字: