



编号: 0268-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	宝鸡市金心泵业制造有限责任公司					审核员	崔敬伟	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	抗震压力表	CC704	0-16MPa	1.6 级	活塞压力计 0.05 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	抗震压力表	DG854	0-40MPa	1.6 级	活塞压力计 0.05 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	外径千分尺	50930	(25-50)mm	±0.004mm	量块 5 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	外径千分尺	71249	(75-100)mm	±0.008mm	量块 5 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	声级计	CJ88075	GM1357	±1dB	声级校准器 4 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	游标高度尺	01050704	(0-500)mm	±0.06mm	量块 5 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	游标卡尺	6705030548	(0-150)mm	±0.02mm	量块 5 等 10-291.8mm	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√
品质部	内径百分表	3080226	(18-35)mm	1.4 μm	光栅式指示 仪表检定仪 (0-10)mm	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020 年 5 月 31 日	√

审核综合意见:

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备送检至有相应资质的机构江苏世通仪器检测服务有限公司、检定、校准, 抽查 8 份测量设备证书报告, 量值溯源符合文件要求。

审核日期: 2021 年 4 月 2 日~4 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字: