

编号: 0177-2021

不符合项报告

企业名称: 宿迁市益源塑业有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 彭梅
不符合事实描述: 查: 生产部现场使用的电子台秤(编号: 818996), 2021 年 3 月 1 日进行校准, 未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 √ ; 审核员(签名) 丁紫娟 陪同人员(签名) 彭梅 企业部门代表(签名) 江加明 日期: 2021. 4. 10	
纠正措施: 对“生产部现场使用的电子台秤无标识”的问题, 立即整改, 按照测量设备的标识管理要求, 测量设备必须粘贴计量确认标识, 对测量设备进行科学管理。 企业部门代表签名: 江加明 审核员签名: 丁紫娟	
纠正措施完成情况: 同意、整改纠正措施, 现场设备已粘贴计量确认标识, 整改完成。 审核组代表签名: 彭梅 日期: 2021. 4. 10	

可另附页