




测量设备溯源抽查表

企业名称	山东昱铭环保工程有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打 ×
质检部	恒温金属浴	202005322	LC-JSY-1GW	$U=0.01^{\circ}\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 二等标准	山东中宏检测科技有限公司	2020.10.28	√
质检部	电子天平	20030846	YP50001B	$U=0.1\text{g}, k=2$	砝码: E2 等级	山东中宏检测科技有限公司	2020.10.28	√
质检部	超声波测厚仪	2020328002	SW-6510	$\pm 0.4\text{mm}$ $U=0.3\text{mm}, k=2$	厚度标准块: A 级	山东博测计量检测技术有限公司	2020.10.28	√
质检部	里氏硬度计	2020328001	SW-6210	$\pm 12\text{HLD}$ $U=5\text{HLD}, k=2$	标准硬度块: 5 等	山东博测计量检测技术有限公司	2020.10.28	√
质检部	游标卡尺	02270108	(0-200)mm	$U=0.01\text{mm}, k=2$	量块 1: 5 等	山东博测计量检测技术有限公司	2020.10.28	√
质检部	数显恒温水浴锅	21869	HH-4	$U=0.01^{\circ}\text{C}, k=2$	标准铂电阻温度计: 二等标准	山东中宏检测科技有限公司	2020.10.28	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 6 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 4 月 7 日上午—2021 年 4 月 8 日上午								
审核员签字:  部门代表签字: 								