





编号: 0276-2021

### 不符合项报告

企业名称: 山东昱铭环保工程有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 赵连云
<p>不符合事实描述:</p> <p style="text-indent: 2em;">查质检部使用的器具编号为 2020328001 的里氏硬度计已经实施了校准, 校准日期 2020 年 10 月 28 日, 证书编号 SDBC-20201028-0084, 但未粘贴计量确认状态标识。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>赵连云</u></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">               企业部门代表 (签名) _____         </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期: 2021 年 4 月 8 日</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>1、立即对器具编号为 2020328001 的里氏硬度计粘贴计量确认状态标识;</p> <p>2、举一反三, 查看其它所有的测量设备, 若有类似问题一并解决。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">               企业部门代表签名: _____         </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">             审核员签名: <u>刘复荣</u> </p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-indent: 2em;">整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u></p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">日期: 2021 年 4 月 8 日</p>	

可另附页