



编号: 0281-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	淄博海源电子科技有限公司					审核员	杨春光	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 准确度等级 /最大允许误差/ 测量不确定度	测量标准置 准确度等级	检定/校准机构	检定/校准 日期	符合打 √ 不符合 打×
生产部 (质检)	水表检 定装置	1727	LS-3B	0.2 级	二等金属量 器标准装 置: 二等	山东省计量科学 研究院	2019 年 04 月 10 日	√
生产部 (质检)	静态质 量法水 流量标 准装置 (水表 检定装 置)	SY20174 61	SYZ200 型	0.2 级	液体流量标 准装置: $U_{rel} =$ $0.03\%, k =$ 2	山东省计量科学 研究院	2019 年 04 月 10 日	√
生产部 (质检)	压力表	13-11- 1001	Y100 (0~4)MPa	1.6 级	精密压力 表标准装 置: 0.1 级	淄博市淄川区计 量测试所	2021 年 03 月 12 日	√
生产部 (质检)	压力表	ZB1683 1	Y60 (0~1)MPa	2.5 级	精密压力 表标准装 置: 0.1 级	淄博市淄川区计 量测试所	2021 年 03 月 12 日	√
生产部 (质检)	压力表	190914 07	Y100 (0~2.5)MPa	1.6 级	精密压力 表标准装 置: 0.1 级	淄博市淄川区计 量测试所	2021 年 03 月 12 日	√
生产部 (质检)	电子秒 表	/	JS-506	MPE: $\pm 0.10s$	秒表: MPE $\pm (2 \times 10^{-7}$ $\times T_s \pm$ $0.003) s$	淄博市计量测试 所	2020 年 04 月 20 日	√
生产部 (质检)	公法线 千分尺	E692	(0~25) mm	MPE: $\pm 0.004mm$	测微量具检 定装置: 5 等	淄博市计量测试 所	2020 年 04 月 20 日	√



生产部 (质检)	深度游 标卡尺	6/11803 8	(0~200) mm	MPE: ± 0.03 mm	卡尺量具检 定装置: 5 等	淄博市计量测试 所	2020 年 04 月 20 日	√
生产部 (质检)	架盘天 平	5145	JPT-5	Ⅲ 级	砝码: F1 级	淄博市计量测试 所	2020 年 04 月 20 日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

本企业建立水表检定装置, 取得专项计量授权证书(见附件) 其他企业未建计量标准, 抽查企业 9 台计量设备, 均送至有相应资质的计量机构进行检定/校准, 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。

审核日期: 2021 年 04 月 09 日 ~ 04 月 10 日

审核员签字:

杨春光

部门代表签字:

吴婷婷