



编号: 0070-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 招远金河石油设备技术开发有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技质部	陪同人员: 韩云乐
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场用于封隔器启动压力试验的压力表 (0-1.6) MPa, 企业管理编号: XT001, 没有进行计量确认。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.1.1 总则。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>韩云乐</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>刘金艺</u> 日期: 2021. 4. 11</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>1 对启动压力试验用的压力表停止使用, 计量确认合格后, 投入使用。</p> <p>2 对其他测量设备进行检查, 保证不再发生类似的问题, 对有关人员进行培训, 保证培训有效。</p> <p>企业部门代表签名: <u>刘金艺</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 4. 11</p>	

可另附页