




编号: 0053-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市铁人抽油杆有限公司					审核员	鞠录梅	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量处	粗糙度比较样块	L99.0866	Ra (0.1-6.3) μm	$U_{\text{rel}}=7\%$ $k=2$	表面粗糙度测量仪 $U_{\text{rel}}=4\%$ $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
技术质量处	百分表	7992	(0-10) mm	$U=6.3 \mu\text{m}$ $k=2$	光栅式指示表检定仪 MPE:6 μm	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
技术质量处	洛氏硬度计	0553	HR-150A	$U=0.7\text{HR}$ $k=2$	标准洛氏硬度计块 $U=0.2\text{HR}$ $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
技术质量处	万能试验机	114	WEW-1000D	1 级	测力仪表标准装置 0.3 级	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
技术质量处	电子天平	D1063888	FA1004	① 级	E ₂ 等级砝码组标准装置 E ₂ 等级	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
技术质量处	游标卡尺	15053084	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	卡尺量具检定装置 5 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.08.20	√
生产处	压力表	16054244	Y-100	1.6 级	数字压力计标准装置 0.05 级	东营市计量测试检定所	2020.11.20	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 7 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 4 月 24 日下午-25 日下午								
审核员签字:  部门代表签字: 								