



编号: 0053-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营市铁人抽油杆有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术质量处	陪同人员: 李庆山
不符合事实描述: 查实验室现场一温湿度表, 未提供出该仪表的校准证书, 经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 李庆山 陪同人员(签名) 李庆山 企业部门代表(签名) 李庆山 日期: 2021年4月25日	
纠正措施: 1. 及时将仪表送检, 进行校准管理, 并第一时间进行整改, 发现问题及时解决。 企业部门代表签名: 李庆山 审核员签名: 李庆山	
纠正措施完成情况: 李庆山的纠正措施可行。 审核组代表签名: 李庆山 日期: 2021年4月25日	

可另附页