



编号: 0053-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营市铁人抽油杆有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 技术质量处	陪同人员: 李庆山
不符合事实描述: 查技术质量处机械性能现场型号规格 WE-600 的“万能试验机”, 粘贴“停用”标识。与“测量设备台账”上该设备登记的使用状态信息不符。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.1.3 设备调整控制</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>郭永强</u> 陪同人员(签名) <u>李庆山</u> 企业部门代表(签名) <u>李庆山</u> 日期: 2021 年 4 月 25 日	
纠正措施: 1. 立即登记设备台账, 标明设备已停用并标识 2. 第一、二、三, 发现问题, 一并整改 企业部门代表签名: <u>李庆山</u> 审核员签名: <u>郭永强</u>	
纠正措施完成情况: <u>企业制度已修订并执行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永强</u> 日期: 2021 年 4 月 25 日	

可另附页