



编号: 0049-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	淄博弘扬石油设备集团有限公司 (淄博弘扬威德福油田设备有限公司)					审核员	鞠录梅	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	液压万能试验机	111#	WEW-1000A	$U_{ref}=0.3\%$ $k=2$	标准测力仪 $U_{ref}=0.13\% k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2020.05.11	√
实验室	洛氏硬度计	9170#	AT130	$U=0.6HRA$ $k=2$	洛氏硬度块 $U=0.6HR k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2020.10.28	√
生产部	压力表	2017.11.7 112	(0-1.6) MPa	0.05 级	精密压力表标准装置 1.6 级	淄博市淄川区计量测试所	2021.01.19	√
实验室	量块	88-1	(10-291.8) mm	5 等	四等量块标准装置 4 等	淄博市计量测试所	2021.01.22	√
实验室	热电偶检定仪	15061182	KRJ-600	$U=0.23^{\circ}C$ $k=2$	一等铂铑电阻 10-铂 热电偶 一等	淄博市计量测试所	2020.08.21	√
品质部	洛氏硬度计	2229#	Hr-150A	$\pm 1.5HRC$	洛氏硬度块 $U=0.4HRC k=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2020.05.11	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 6 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 4 月 19 日上午—2021 年 4 月 20 日下午

审核员签字:

部门代表签字: