



编号: 0061-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	胜利油田大源节能设备有限公司					审核员	杨毅	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	U984	(0-25) mm	$\pm 1 \mu m$	检定测微量具标准器组/L=25mm时, $l=1.1 \mu m$, $k=2$	东营市计量测试检定所	2020. 12. 08	√
生技部	扭矩扳子	——	(0-300) Nm	4 级	扭矩扳子检定装置 1.0 级	东营市计量测试检定所	2020. 12. 10	√
质检部	游标卡尺	2270108	(0-200) mm	$\pm 0.03mm$	检定游标量具标准器组/ $l=0.01mm$, $k=2$	东营市计量测试检定所	2020. 12. 08	√
生技部	耐电压测试仪	099607013	AN9602X	5 级	耐电压测试仪校验仪/2.0 级以下	东营市计量测试检定所	2020. 12. 10	√
质检部	交流数字电压表	ZW08090126	ZW1401	ACV: $U_{rel}=4 \times 10^{-5}$, $k=2$	数字多用表检定装置/ACV: $\pm (0.0015rdg+6 \mu V)$	东营市计量测试检定所	2020. 12. 08	√
质检部	接地导通电阻测试仪	099607052	AN9613X	ACA: $U_{rel}=0.1\%$, $k=2$ R: $U_{rel}=0.15\%$, $k=2$	接地导通电阻测试仪检定装置/ Ω : $\pm (0.2-10)\%$ A: 1.0%	东营市计量测试检定所	2020. 12. 10	√
质检部	水流量标准装置(容积)	2013-1705	DN80-DN150	0.2 级	液体流量标准装置检定装置	山东省计量科学研究院	2020. 12. 03	√



	法)				$U_{rel}=0.03\%$ $k=2$			
审核综合意见： (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由) 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至山东省计量科学研究院、东营市计量测试检定所等具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查 7 份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。								
审核日期：2021 年 04 月 14 日(共 1 天) 审核员签字：  部门代表签字： 								