



编号: 0100-2017-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		益都智能技术（北京）股份有限公司				审核员	薛晓	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术研发中心	水表校验装置	436	LS-3B (15~25) 毫米	流量稳定性: 0.92%	二等金属器标准装置 (1~1000) L: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$ 标准金属量器: (50L、10L): 二等	北京市计量检测科学研究院	2021.01 .21	√
技术研发中心	耐震压力表	150144-7	(0~1.6) MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2021.02 .02	√
技术研发中心	压力表	11-10-1033	(0~1.6) MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2021.02 .02	√
技术研发中心	热量表检定装置	SY2016399	SYSB25	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	标准铂电阻温度计 (-200~419.529) $^{\circ}\text{C}$: 一等标准	北京市计量检测科学研究院	2021.01 .21	√
技术研发中心	水表检定装置	SY2016401	SYSB65	$U=0.98\%$ ($k=2$)	二等金属器标准装置 (1~1000) L: $\pm 2.5 \times 10^{-4}$ 砝码: E2 等级	北京市计量检测科学研究院	2020.08 .03	√

审核综合意见:

企业已制定《测量管理体系管理手册》，测量设备统一由技术研发中心外送至法定计量技术机构进行检定/校准，检定/校准证书统一由技术研发中心保存。

抽查 5 台件测量设备均送至北京市计量检测科学研究院，量值溯源有效。

审核日期: 2021 年 4 月 15 日

审核员签字:

部门代表签字: