

编号: 0100-2017-2021

不符合项报告

企业名称: 益都智能技术(北京)股份有限公司	不符合报告编号: 2021041501
企业下属部门: 技术研发中心	陪同人员: 李廷
不符合事实描述: 编号为 YD-A-2019 的测量管理手册的第 3 项组织结构图中无货架事业部、自动化部, 第 17 项物资资源中的 17.3.2 款中出现有货架事业部、自动化部 2 个部门的职责。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2013 标准 6.2.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙万春</u> 陪同人员(签名) <u>李廷</u> 企业部门代表(签名) <u>刘凯频</u> 日期: 2021 年 4 月 15 日	
纠正措施: 组织相关部门对测量管理手册进行修订, 修订后按要求进行审核、批准, 确保组织机构中的部门与职责分配中的部门一致。手册修订工作在 2021 年 6 月 30 日前完成。 企业部门代表签名: <u>刘凯频</u> 审核员签名: <u>孙万春</u>	
纠正措施完成情况: 企业制订的纠正措施有效 审核组代表签名: <u>孙万春</u> 日期: 2021 年 4 月 15 日	

可另附页



编号: 0011-2017-2021

不符合项报告

企业名称: 益都智能技术(北京)股份有限公司

不符合报告编号: 2021041502

企业下属部门: 技术研发中心

陪同人员: 李廷

不符合事实描述:

证书编号 RC20J-BJ000022 水表检定装置证书未计量确认。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.1 条款

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____;

审核员(签名)

陪同人员(签名) 李廷

企业部门代表(签名)

日期: 2021. 4. 15

纠正措施:

对证书编号 RC20J-BJ000022 水表检定装置的测量设备计量特性与测量过程预期使用要求进行计量确认, 已确保测量设备满足计量要求。对所有计量检测设备的计量确认情况进行检查, 发现类似情况, 2021 年 4 月 30 完成。

企业部门代表签名:

审核员签名:

纠正措施完成情况:

纠正措施有效。

审核组代表签名:

日期: 2021 年 4 月 15 日

可另附页