



受理编号: 0321-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	西安奥益达石油技术开发有限公司					审核员	鲁妙勤	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	最大允许误差/准确度等级/不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	直读光谱仪	13S0124	PME-MA STER-Pro	$U_{rel}=4\%$ $k=2$	铸铝 101A 合金光谱分析标准物质	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√
质量部	轻便磁粉探伤仪	001	QCJ-II	$U_{rel}=12N$ $k=2$	磁粉探伤机标准试件 1mm	北京市计量检测科学研究院	2020.05.13	√
质量部	数显电子万能试验机	ZC140920	ZCW-S10 0KN	$\pm 1\%$	数显式标准测力仪 0.3 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√
生产技术部	台式硬度计	257	HBRV-18 7.5	$l=0.5HR$ $K=2$	标准洛氏硬度块 $l=0.4HR$ $K=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√
生产技术部	外径千分尺	1300518	(50-75) mm	$\pm 0.005mm$	千分尺量块 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√
生产技术部	游标卡尺	30664	(0-200) mm	$\pm 0.03mm$	卡尺量块 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√
生产技术部	内径百分表	1707002	(18-35) mm	$l=1.5 \mu m$ $K=2$	光面环规 $l=0.5 \mu m$ $K=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2020.05.15	√

审核综合意见:

公司未建立计量标准, 测量设备全部送至北京市计量检测科学研究院、江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准, 抽查了 7 台 (件) 测量设备, 检定/校准证书信息齐全, 符合量值溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 04 月 20 日

审核员签字:

鲁妙勤

部门代表签字:

李利