



测量设备溯源抽查表

编号: 0326-2021

企业名称	重庆宇洁环卫设施有限公司					审核员	向继林	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	数显卡尺	C1102225606	(0~150)mm	±0.02mm	5 等(量块)	重庆市计量质量检测研究院	2020.5.21	√
生产部	钢卷尺	ZB1836433	5m	符合 II 级	$U=(5+5L)\mu\text{m}$, $k=2$ (标准钢卷尺)3 等(金属线纹尺)	重庆市计量质量检测研究院	2020.5.25	√
生产部	游标卡尺	1502040955	(0~200)mm	±0.03mm	5 等(量块)	重庆市计量质量检测研究院	2020.5.20	√
生产部	游标卡尺	5708041320	(0~200)mm	±0.03mm	5 等(量块)	重庆市计量质量检测研究院	2020.5.21	√
生产部	电子吊钩秤	自编 01#	OCS-5t	M1 等级砝码	标准砝码符合 III 级	重庆市计量质量检测研究院	2020.5.26	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

审核综合意见:

抽查该公司的所有测量设备均送重庆计量质量检测研究院检定。经查 5 份检定报告, 填写规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。

审核日期: 2021 年 04 月 23 日

审核员签字:

向继林

部门代表签字:

伍文华