



测量设备溯源抽查表

企业名称	洛阳瑞宝文博设施科技有限公司					审核员	徐德军	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	钢卷尺	03#	2m	$\pm 0.6\text{mm}$ $U=0.15\text{mm}, k=2$	标准钢卷尺	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2021.4.7	√
质量部	数显千分尺	01#	0-25mm	$\pm 2\mu\text{m}$ $U=1.2\mu\text{m}, k=2$	五等量块	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2021.4.7	√
质量部	塑粉数显测厚仪	130303422	DT-156	$U=4.0\mu\text{m}, k=2$	标准厚度片	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2021.4.7	√
质量部	游标卡尺	T15038807	0-150mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.015\text{mm}, k=2$	五等量块	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2021.4.7	√
生产部	钢卷尺	04#	3m	$\pm 0.8\text{mm}$ $U=0.17\text{mm}, k=2$	标准钢卷尺	中测国信(北京)计量检测技术有限公司	2021.4.7	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 5 份校准证书, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。发现校准证书中未注明测量标准装置的准确度等级, 已建议企业在校准机构沟通解决。								
审核日期: 2021 年 4 月 28 日—2021 年 4 月 29 日 审核员签字:  部门代表签字: 								