



编号: 0234-2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 延安思凡石油设备有限公司 审核员: 张龙芝 审核日期: 2021.4.30

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	<p>抽查测量过程的名称: SF-3000 录井仪立压测量单元压力校验测量过程。</p> <p>1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致。</p> <p>2) 计量要求识别过程与实际情况一致。</p>	质量部 管理层	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 列入不符合(编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	<p>远程审核抽查包括压力校验台(编号 190188)、共 7 台测量设备的检定校准信息。</p> <p>经现场确认, 抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。</p>	质量部 生技部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 列入不符合(编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	<p>抽查测量过程的名称: SF-3000 录井仪立压测量单元压力校验测量过程。</p> <p>1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成;</p> <p>2) 确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成;</p> <p>3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成</p> <p>4) 确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。</p> <p>5) 经确认, 自远程审核(时间 2020 年 11 月 29 日)后, 测量过程仍按照策划开展核查。</p>	质量部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 列入不符合(编号:)
4.	质量目标完成情况	<p>经确认公司目标包括:</p> <p>1) A 类测量设备计量确认合格率 100%;</p> <p>2) B 类测量设备计量确认合格率 100%;</p> <p>3) 关键测量过程受控率 100%;</p> <p>4) 计量人员培训率 100%;</p> <p>5) 内部顾客满意度达 95%;</p> <p>远程审核提供的目标统计记录属实。</p>	质量部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 列入不符合(编号:)



5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	经确认，管理评审已在 2020 年 11 月 12 日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	管理层	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，列入不符合（编号：）
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认，测量管理体系内审已在 2020 年 11 月 4 日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。	质量部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，列入不符合（编号：）
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（2）个，包括 6.2.1 条款、6.3.1 条款。查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。	质量部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，列入不符合（编号：）
8.	《能源审核情况检查表》 (如有，没有可以直接删除)	现场确认该公司 2020 年全年能耗（ ）万吨标煤。 经确认，提供的能源统计数据、能源计量器具台账情况和能源计量器具的管理情况与实际一致。	行政部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，列入不符合（编号：）
9.	其他需要说明的情况，如： 1) 测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况(需现场给出明确确认) 3) 企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4) 其他远程审核时需要现场确认的问题(以审核组的远程审核实际情况为准)	1) 经现场确认，万用表，编号 188543，确认人：姜亚辉；确认日期：2020.9.4；双通道数字存储示波器，编号：1907832，确认日期：2020.11.3，确认人：姜亚辉；电导仪检定装置，编号 20022，已经进行计量确认，确认人：姜亚辉，确认日期 2020.6.23。上述在设备上粘贴了计量确认状态标识，计量确认符合要求。 2) 经现场确认，企业未发生计量争议及计量投诉案例。 3) 经现场确认，企业的申请资质营业执照及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。	质量部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，列入不符合（编号：）