



编号: 0345-2021

不符合项报告

企业名称:	天虹阀门科技(泉州)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量管理部	陪同人员:	洪镇忠
不符合事实描述: 在生产现场检查发现一台由浙江德力西生产的, 编号为 DTG1233, 测量范围为 (0-1700) μm, 型号 DTG-D1 的涂层测厚仪, 未列入测量设备台账管理且未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>李荣伟</u> 陪同人员(签名) <u>洪镇忠</u> 企业部门代表(签名) <u>洪镇忠</u> 日期: 2021 年 05 月 04 日			
纠正措施: 1. 编号为 DTG1233, 测量范围为 (0-1700) μm, 型号 DTG-D1 的涂层测厚仪, 立即列入测量设备台账管理并送检。 2. 举一反三, 检查所有测量设备有无列入测量设备台账管理和送检。 企业部门代表签名: <u>洪镇忠</u> 审核员签名: <u>李荣伟</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021 年 05 月 04 日 可另附页			

