



编号: 0344-2021

不符合项报告

企业名称:	欧冠阀门科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量管理部	陪同人员:	王泽友
不符合事实描述:			
检查质量管理部(检测中心), 金相显微镜、万能拉伸试验机等测量设备有使用环境要求, 但未配备温湿度仪, 不满足要求。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.2 条款</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u> ;			
审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>王泽友</u>			
企业部门代表(签名) <u>王泽友</u>			
日期: 2021.05.05			
纠正措施:			
由于工作人员的疏忽, 立刻安排采购该设备, 购买设备后立即安排送检, 检查现场在用设备有无类似情况, 若有, 一并纠正。			
企业部门代表签名: <u>王泽友</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况:			
纠正措施已落实, 验证有效。			
审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.05.05			

可另附页