



编号: 0346-2021

不符合项报告

企业名称:	永秀阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	傅燕玲
不符合事实描述:			
检查质检部(实验室),室内墙上张贴的《便携式铅笔划痕试验仪作业指导书》,规定应在环境温度$(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$,相对湿度$(50\pm 5)\%\text{RH}$下进行试验,但企业未配备温湿度仪,不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 吴志平 陪同人员(签名) 傅燕玲 企业部门代表(签名) 胡庆友 日期: 2021.05.06			
纠正措施:			
要求人员采购一台温湿度仪器,并安排送检。同时检查其它检测设备是否有类似的情况一并纠正。 企业部门代表签名: 胡庆友 审核员签名: 吴志平			
纠正措施完成情况:			
纠正措施已落实,验证有效。 审核组代表签名: 吴志平 日期: 2021.05.06			

可另附页